



Licitação IFC-SFS <licitacao@saofrancisco.ifc.edu.br>

---

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REF. PE 01-2016 INST FED CATARINENSE ABERTURA DIA 18/02/2016 AS 09:00hrs

3 mensagens

---

**Comercial KFequipamentos** <comercial@kfequipamentos.com.br>  
Para: licitacao@saofrancisco.ifc.edu.br

15 de fevereiro de 2016 18:02

Boa Tarde Prezada comissão.

Pedimos esclarecimento referente ao item 02 do pregão eletrônico nº 01-2016 Instituto Federal Catarinense Campus São Francisco do Sul

Em relação a iluminação, sugerimos retificar a iluminação halogênio 12v 10w por LED que é a mais indicada pois tem baixo consumo de energia podendo chegar até 10x menos, potência de luz superior, não esquenta a amostra e sua vida útil é muito maior que a halogênio.

Obs. A fim de evitar impugnações por cerceamento de participação no referido edital, aconselhamos retificá-lo no sentido de incluir no descritivo dimensões as palavras abaixo mencionada: ou similar, dimensões aproximadas.

Aguardamos retorno quanto aos esclarecimento e sugestões

Demais duvidas estou a disposição

Obs. Por Favor confirmar recebimento deste e-mail.

Cordialmente;

**Kamila Ferreira Santos**  
KF - EQUIPAMENTOS  
FONE/FAX: (51)3328-7986  
POA/RS

—  
Bom dia,  
Prezado(a) Sr(a).

Conforme sua solicitação segue anexo orçamento,  
demais duvidas estou a disposição

Obs. Por Favor confirmar recebimento deste e-mail.

Cordialmente;

**Kamila Ferreira Santos**  
KF - EQUIPAMENTOS  
FONE/FAX: (51)3328-7986  
POA/RS

---

**Licitação IFC-SFS** <licitacao@saofrancisco.ifc.edu.br>  
Para: Comercial KFequipamentos <comercial@kfequipamentos.com.br>

16 de fevereiro de 2016 14:34

Prezada Kamila,

Achamos pertinentes os pontos apresentados e providenciamos a complementação das características do Item 02.

|   |   |
|---|---|
| 2 | <p><b>Microscopio estereoscópico</b></p> <p>Cabeça: Binocular, inclinada 45°, giro 360°.</p> <p>Aumento: 10 - 40x (160x opcional).</p> <p>Ocular: WF 10x /campo amplo (20x opcional).</p> <p>Objetiva: 1 - 4x Zoom (controle bilateral).</p> <p>Focalização: Macrométrica com tensor.</p> <p>Imagem: Direta tridimensional.</p> <p>Iluminador: Transmitida Halogênio 12V/10W e Incidente Dicroica 12V/10W <b>ou iluminação por LED equivalente ou de qualidade superior</b>, COM CONTROLE DE LUMINOSIDADE, chave T/I/TL..</p> <p>Platina: Ø 95mm (01 preta/branca e vidro).</p> <p>Ajuste interpupilar : 55 -75 mm.</p> <p>Ajuste de dipropia: ± 5 mm dioptrias dupla.</p> <p>Distância de Trabalho: 82 mm.</p> <p>Alimentação: 110V á 240V - automático.</p> <p>Acessórios Opcionais (não acompanha): Ocular 5x e 20x, Ocular de 10x com Retículo Tipo Régua, Lente Auxiliar de 0,5x e 2x, Iluminador Incidente Circular Fluorescente, Braço Universal, Iluminador Incidente de Fibra Óptica, Cabeça Triocular para Sistema de Vídeo ou Fotográfico, preparação para embriões (XTB-2BE).</p> <p>Garantia: 12 meses e assistência técnica permanente.</p> <p><b>Obs.: Os descritivos expressam as características mínimas exigidas, sendo aceitos equivalentes ou de qualidade superior</b></p> |
|---|---|

Att,

--

Mario Felipe C. B. da Costa  
Coordenador de Administração Financeira - Portaria nº 127 - D.O.U. 30/09/2014  
IFC - Campus São Francisco do Sul  
Fone: (47) 3233-4020 - Cel: (47) 9713-3113



**"O Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim e outro também." (Robert Collier)**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comercial KEquipamentos <comercial@kfequipamentos.com.br>  
Para: Licitação IFC-SFS <licitacao@saofrancisco.ifc.edu.br>

16 de fevereiro de 2016 15:52

Boa Tarde Sr. Mario

Muito obrigada pelo retorno e atenção.

Cordialmente;

***Kamila Ferreira Santos***  
KF - EQUIPAMENTOS  
FONE/FAX: (51)3328-7986  
POA/RS

[Texto das mensagens anteriores oculto]